Код заказа термопреобразователя корабельного ТПК

Термопреобразователь корабельный **ТПК**	–	XX	–	XXX	–	±XXX	–	±XXX	–	XX	–	XXX	–	X	–	XXX	–	XXX

Тип корпуса

Степень защиты IP67	67
Степень защиты IP68	68
Степень защиты IP65	65
«Взрывонепроницаемая оболочка»	ВО

Длина зонда

Длина зонда, мм	XXX

Диапазон измерения

Нижний предел, +/- °С	±XXX
Верхний предел, +/- °С	±XXX

Выходной сигнал

Термосопротивление Pt 100, 3-х проводное подключение	А
Термосопротивление 100 П, 3-х проводное подключение	А1
Термосопротивление 50 П, 3-х проводное подключение	А5
Токовый 4 ... 20 мА и интерфейсный	В
Интерфейсный (с использованием команд протокола HART)	И
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на замыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII6 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (в)	Р1
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на размыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII6 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (в)	Р2
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на замыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII6 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (г)	П1
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на размыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII6 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (г)	П2
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на замыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII6 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (д)	Д1
Релейный (с интерфейсным по цепи питания), срабатывание на размыкание контактов (кроме исполнений 0ExiaCTII6 X) хар-ки контактов см. п.п.1.2.2 (д)	Д2
Термопара L (ТХК) ГОСТ 8.585-2001	ХК
Термопара K (ТХА) ГОСТ 8.585-2001	ХА
Термопара M (ТМК) ГОСТ 8.585-2001	МК

Тип и размер присоединения

Резьба трубная цилиндрическая наружная G1/2 ГОСТ 6357-81, штуцер фиксированный	Т12
Резьба трубная цилиндрическая наружная G1/2 ГОСТ 6357-81, штуцер свободно-вращающийся (для исполнений с дистанционной вставкой)	12Т
Резьба метрическая цилиндрическая наружная М22Х1,5, штуцер фиксированный	М22
Резьба метрическая цилиндрическая наружная М22Х1,5, штуцер свободно-вращающийся (для исполнений с дистанционной вставкой)	22М
Фланцевое согласно DN25 PN40 исп. В ГОСТ 33259-2015 (кроме исполнений с дистанционной вставкой)	Ф25
Из перечня поставляемых или по согласованию	XXX

Исполнение по взрывозащищенности

Обычное исполнение (без взрывозащиты)	0
Исполнение 0ExiaIICT6 X	1
Исполнение 1ExdIICT6 X (только для UTT-EP)	2

Длина кабеля (для ТПК-68-...), кабельный ввод или отверстие для кабельного ввода

Кабельный ввод для кабеля диаметром 8 ... 12 мм (только для ТПК-67-...)		Р13
Резьбовое отверстие для установки кабельного ввода (только для ТПК-67-...)	М12 × 1.5	М12
	М16 × 1.5	М16
	М20 × 1.5	М20
	М24 × 1.5	М24
	М25 × 1.5	М25
Каб. ввод из перечня поставляемых или по согласованию (для ТПК-67-... и ТПК-ВО-...)		XXX
Длина кабеля (только для ТПК-68-...) в м, кратно 1 м		XXX

Наличие и длина дистанционной вставки (удлинение Е)

Без вставки (допускается не указывать)	000
Длина вставки, мм	XXX